

Ø 5.5mm D2/D3/D4


Bohrerprotokoll
für sehr weichen/weichen/
mittelharten Knochen.

Dieses Vorgehensweise
ist für alle Längen identisch.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.

Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessern und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.

Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.



ICX-ALL-IN-ONE®
BOHRER




Ø 5.5mm D1

Bohrerprotokoll für harten Knochen.
Bitte hier nur Bohrer mit
3 grünen Ringen verwenden!
Dieses Vorgehensweise ist für
alle Längen identisch.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.

Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessern und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.

Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.



ICX-ALL-IN-ONE[®]
BOHRER



Ø 6.2mm D2/D3/D4


Bohrerprotokoll
für sehr weichen/weichen/
mittelharten Knochen.

Dieses Vorgehensweise
ist für alle Längen identisch.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.

Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessern und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.

Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.



ICX-ALL-IN-ONE[®]
BOHRER




Ø 6.2mm D1

Bohrerprotokoll für harten Knochen.
Bitte hier nur Bohrer mit
3 grünen Ringen verwenden!
Dieses Vorgehensweise ist für
alle Längen identisch.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.

Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessern und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.

Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.



ICX-ALL-IN-ONE[®]
BOHRER

