Bohrprotokoll
ICX-Fatboys TissueLevel Ø 5.5mm


medentis medical

Ø 5.5mm x 4.9mm D2/D3/D4

Bohrerprotokoll
für sehr weichen/weichen/
mittelharten Knochen.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.
Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessen und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.
Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
AIO-014-200000	PRE 2.0 - All in one Vorbohrer
AIO-014-480049	ICX-ALL-IN-ONE BOHRER, Ø 4,8mm D2/D3/D4
GTAM-001-550049	Ø5.5x4.9mm - ICX-Diamond Active Master TL Implantat



ICX-ALL-IN-ONE®
BOHRER



medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler · Tel.: +49 (0)2641 9110-0
www.medentis.de

Bohrprotokoll
ICX-Fatboys TissueLevel Ø 5.5mm


medentis medical

Ø 5.5mm x 4.9mm D1

Bohrerprotokoll für
harten Knochen.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.
Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessen und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.
Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
AIO-014-200000	PRE 2.0 - All in one Vorbohrer
AIO-014-480049	ICX-ALL-IN-ONE BOHRER, Ø 4,8mm D2/D3/D4
AIO-014-004550	(optional) ICX-ALL-IN-ONE Gewindebohrer ø 5.5mm
GTAM-001-550049	Ø5.5x4.9mm - ICX-Diamond Active Master TL Implantat



ICX-ALL-IN-ONE®
BOHRER



medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler · Tel.: +49 (0)2641 9110-0
www.medentis.de

Bohrprotokoll
ICX-Fatboys TissueLevel Ø 5.5mm


medentis medical

Ø 5.5mm x 6.5mm D2/D3/D4

Bohrerprotokoll
für sehr weichen/weichen/
mittelharten Knochen.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.
Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessen und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.
Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
AIO-014-200000	PRE 2.0 - All in one Vorbohrer
AIO-014-480065	ICX-ALL-IN-ONE BOHRER, Ø 4,8mm D2/D3/D4
GTAM-001-550065	Ø5.5x6.5mm - ICX-Diamond Active Master TL Implantat



ICX-ALL-IN-ONE®
BOHRER



medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler · Tel.: +49 (0)2641 9110-0
www.medentis.de

Bohrprotokoll
ICX-Fatboys TissueLevel Ø 5.5mm


medentis medical

Ø 5.5mm x 6.5mm D1

Bohrerprotokoll für
harten Knochen.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.
Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessen und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.
Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
AIO-014-200000	PRE 2.0 - All in one Vorbohrer
AIO-014-480065	ICX-ALL-IN-ONE BOHRER, Ø 4,8mm D2/D3/D4
AIO-014-004550	(optional) ICX-ALL-IN-ONE Gewindebohrer ø 5.5mm
GTAM-001-550065	Ø5.5x6.5mm - ICX-Diamond Active Master TL Implantat



ICX-ALL-IN-ONE®
BOHRER



medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler · Tel.: +49 (0)2641 9110-0
www.medentis.de

Bohrprotokoll
ICX-Fatboys TissueLevel Ø 6.2mm

medentis medical

Ø 6.2mm x 4.9mm D2/D3/D4

Bohrerprotokoll
für sehr weichen/weichen/
mittelharten Knochen.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.
Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessen und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.
Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
AIO-014-200000	PRE 2.0 - All in one Vorbohrer
AIO-014-480065	ICX-ALL-IN-ONE BOHRER, Ø 4,8mm D2/D3/D4
GTAM-001-620049	Ø6.2x4.9mm - ICX-Diamond Active Master TL Implantat



Beispiel für
Implantatlänge
4.9mm

ICX-ALL-IN-ONE®
BOHRER



medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler · Tel.: +49 (0)2641 9110-0
www.medentis.de

Bohrprotokoll
ICX-Fatboys TissueLevel Ø 6.2mm


medentis medical

Ø 6.2mm x 4.9mm D1

Bohrerprotokoll für
harten Knochen.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.
Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessen und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.
Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
AIO-014-200000	PRE 2.0 - All in one Vorbohrer
AIO-014-480065	ICX-ALL-IN-ONE BOHRER, Ø 4,8mm D2/D3/D4
AIO-014-004620	(optional) ICX-ALL-IN-ONE Gewindebohrer ø 6.2mm
GTAM-001-620049	Ø6.2x4.9mm - ICX-Diamond Active Master TL Implantat



ICX-ALL-IN-ONE®
BOHRER



medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler · Tel.: +49 (0)2641 9110-0
www.medentis.de

Bohrprotokoll
ICX-Fatboys TissueLevel Ø 6.2mm

medentis medical

Ø 6.2mm x 6.5mm D2/D3/D4

Bohrerprotokoll
für sehr weichen/weichen/
mittelharten Knochen.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.
Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessen und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.
Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
AIO-014-200000	PRE 2.0 - All in one Vorbohrer
AIO-014-480065	ICX-ALL-IN-ONE BOHRER, Ø 4,8mm D2/D3/D4
GTAM-001-620065	Ø6.2x6.5mm - ICX-Diamond Active Master TL Implantat



ICX-ALL-IN-ONE®
BOHRER



medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler · Tel.: +49 (0)2641 9110-0
www.medentis.de

Bohrprotokoll
ICX-Fatboys TissueLevel Ø 6.2mm


medentis medical

Ø 6.2mm x 6.5mm D1

Bohrerprotokoll für
harten Knochen.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.
Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessen und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann.
Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
AIO-014-200000	PRE 2.0 - All in one Vorbohrer
AIO-014-480065	ICX-ALL-IN-ONE BOHRER, Ø 4,8mm D2/D3/D4
AIO-014-004620	ICX-ALL-IN-ONE Gewindebohrer ø 6.2mm
GTAM-001-620065	Ø6.2x6.5mm - ICX-Diamond Active Master TL Implantat



ICX-ALL-IN-ONE®
BOHRER



medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler · Tel.: +49 (0)2641 9110-0
www.medentis.de