
Walporzheimer Str. 48-52 | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Fon: +49 2641 911 0 - 0 | info@medentis.de
Fax: +49 2641 911 0 - 120 | www.medentis.de

Bohrer Übersicht

Drill overview



Artikelnummer	**Bezeichnung** *discription*	**Schneiddurchmesser D1** *cutting diameter D1*	**Schaftdurchmesser D2** *shaft diameter D2*	**Für die Implantatlänge** *for implant lengths*
ZYG-014-220350	2.2x35mm	2.2	2.2	30-35mm
ZYG-014-220450	2.2x45mm			37.5-45mm
ZYG-014-220550	2.2x55mm			47.5-55mm
ZYG-014-270350	2.7x35mm	2.7	2.7	30-35mm
ZYG-014-270450	2.7x45mm			37.5-45mm
ZYG-014-270550	2.7x55mm			47.5-55mm
ZYG-014-003350	3.15x35mm	3.15	3	30-35mm
ZYG-014-003450	3.15x45mm			37.5-45mm
ZYG-014-003550	3.15x55mm			47.5-55mm
ZYG-014-007350	3.6x35mm	3.6	3	30-35mm
ZYG-014-007450	3.6x45mm			37.5-45mm
ZYG-014-007550	3.6x55mm			47.5-55mm

Allen Geschäftsverbindungen liegen unsere AGB`S zugrunde; siehe www.medentis.de
Raiffeisenbank Voreifel
BIC: GENODED1RBC – IBAN: DE 4837 0696 2757 2076 1019
Geschäftsführer: Alexander Scholz - Amtsgericht Koblenz - HRB 14940 - USt-IdNr.: DE-219121001


Walporzheimer Str. 48-52 | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Fon: +49 2641 911 0 - 0 | info@medentis.de
Fax: +49 2641 911 0 - 120 | www.medentis.de


medentis medical


Implantat Übersicht

Implant overview

	Oberkiefer Ø *Maxilla Ø*	**Schaft Ø** *shaft diameter*	**Jochbein-Außen Ø** Zygomatic major	**Jochbein Innen Ø** *Zygomatic minnor*	**Spitzen Ø** *Tip Ø*	**Steigung** *pitch*
	M maj	**S dur**	**Z maj**	**Z Min**	**T**	**P**
375	3,9	2,55	3,43	2,6	2	1.1
410	4,25	3	3,9	3	2,5	1.1







Allen Geschäftsverbindungen liegen unsere AGB`S zugrunde; siehe www.medentis.de
Raiffeisenbank Voreifel
BIC: GENODED1RBC – IBAN: DE 4837 0696 2757 2076 1019
Geschäftsführer: Alexander Scholz - Amtsgericht Koblenz - HRB 14940 - USt-IdNr.: DE-219121001

Walporzheimer Str. 48-52 | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Fon: +49 2641 911 0 - 0 | info@medentis.de
Fax: +49 2641 911 0 - 120 | www.medentis.de


vorgeschlagene Bohrreihenfolge*


sugested drill order*



Oberkiefer Vorbohren *Maxilla Predrill*	
375	AIO-014-200000
410	Ø2mm


maximale Bohrtiefe 15mm
max drilling depth
15mm






Oberkiefer Finaler-Bohrer *Maxilla final drill*	
375	AIO-014-390150
410	AIO-014-410150


maximale Bohrtiefe 15mm
max drilling depth 15mm





Jochbeinvorbohrer *zygomatic pre drill*		
375	ZYG-014-220xxx	2.2 x XXmm
410	ZYG-014-270xxx	2.7 x XXmm

maximale Bohrtiefe *max drilling depth*	
30 - 35mm	ZYG-014-xxx350
37.5 - 45mm	ZYG-014-xxx450
47.5 - 55mm	ZYG-014-xxx550



Jochbein Finaler-Bohrer *zygomatic final drill*		
375	ZYG-014-03xxxx	3.15 x XXmm
410	ZYG-014-07xxxx	3.6 x XXmm

maximale Bohrtiefe *max drilling depth*	
30 - 35mm	ZYG-014-xxx350
37.5 - 45mm	ZYG-014-xxx450
47.5 - 55mm	ZYG-014-xxx550

Bitte verwenden Sie das Bohrprotokoll NUR als Vorschlag. Jede Operation ist anders und die hier gezeigten Vorschläge stellen eine ideale Situation dar. Aufgrund der individuellen Jochbeinoperation kann kein spezifisches, Bohrprotokoll erstellt werden.	Please use the drill protocol as a suggestion ONLY. Every Surgery is different and the conditions shown here are an ideal situation. Due to the nature of a zygomatic surgery, an accurate case specific drill protocol cannot be generated.


Allen Geschäftsverbindungen liegen unsere AGB`S zugrunde; siehe www.medentis.de
Raiffeisenbank Voreifel
BIC: GENODED1RBC – IBAN: DE 4837 0696 2757 2076 1019
Geschäftsführer: Alexander Scholz - Amtsgericht Koblenz - HRB 14940 - USt-IdNr.: DE-219121001

Walporzheimer Str. 48-52 | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Fon: +49 2641 911 0 - 0 | info@medentis.de
Fax: +49 2641 911 0 - 120 | www.medentis.de

medentis medical

Stückliste Zygoma Box

box contents



Pos-Nr.	Artikel-Nr. item no.	Bezeichnung titel	Bezeichnung discription
1	ZYG-014-220350	Zygoma Vorbohrer	2.2x35mm
2	ZYG-014-270350	Zygoma Vorbohrer	2.7x35mm
3	ZYG-014-003350	ICX-Zygoma Bohrer	3.15x35mm
4	ZYG-014-007350	ICX-Zygoma Bohrer	3.6x35mm
5	ZYG-014-220450	Zygoma Vorbohrer	2.2x45mm
6	ZYG-014-270450	Zygoma Vorbohrer	2.7x45mm
7	ZYG-014-003450	ICX-Zygoma Bohrer	3.15x45mm
8	ZYG-014-007450	ICX-Zygoma Bohrer	3.6x45mm
9	ZYG-014-220550	Zygoma Vorbohrer	2.2x55mm
10	ZYG-014-270550	Zygoma Vorbohrer	2.7x55mm
11	ZYG-014-003550	ICX-Zygoma Bohrer	3.15x55mm
12	ZYG-014-007550	ICX-Zygoma Bohrer	3.6x55mm
13	ZYG-014-009048	ICX Zygomatic Diamond Bur	
14	ZYG-014-008025	ICX-Zygoma Rosenbohrer	
15	C-014-000151	Kortikalbohrer	
16	ZYG-015-100026-EK	ICX-Zygoma Tiefenmesssonde	
17	C-015-100041	Aufdrehhilfe	

Allen Geschäftsverbindungen liegen unsere AGB`S zugrunde; siehe www.medentis.de
Raiffeisenbank Voreifel
BIC: GENODED1RBC – IBAN: DE 4837 0696 2757 2076 1019
Geschäftsführer: Alexander Scholz - Amtsgericht Koblenz - HRB 14940 - USt-IdNr.: DE-219121001