ICX-P5
PREMIUM & FAIR!

INTRAORAL SCANNER

REINIGUNG & STERILISATION



Reinigung und Sterilisation der Scannerspitze

1 Mit Bürste reinigen

Nach Gebrauch die Scannerspitze mit einer Bürste reinigen.



2 Oberflächenwasser abtrocknen

Oberflächenwasser mit saugfähiger Gaze abtrocknen.



Bei technischen Fragen, wenden Sie sich bitte an unseren Support:
Mobil: 02641 9110-0 · Email: scanner@medentis.de



Reinigung und Sterilisation der Scannerspitze

3 Materialien bereitlegen

Wattestäbchen, saugfähige Gaze, absoluten Alkohol und einen Sterilisationsbeutel bereitlegen.



Wattestäbchen | Saugfähige Gaze | Absoluter Alkohol | Sterilisationsbeutel

4 Reflektorlinse abwischen

Absoluten Alkohol auf ein Wattestäbchen geben und die Reflektorlinse immer in derselben Richtung abwischen. Nicht kreisförmig wischen.



Bei technischen Fragen, wenden Sie sich bitte an unseren Support:
Mobil: 02641 9110-0 · Email: scanner@medentis.de



Reinigung und Sterilisation der Scannerspitze

5 Gaze einlegen

Saugfähige Gaze in die Scannerspitze an der Reflektorlinse einlegen.



6 Beutel verschließen

Die Scannerspitze in den Sterilisationsbeutel legen und den Beutel verschließen.



Bei technischen Fragen, wenden Sie sich bitte an unseren Support:
Mobil: 02641 9110-0 · Email: scanner@medentis.de



Reinigung und Sterilisation der Scannerspitze

7 In den Autoklaven legen

Den verschlossenen Sterilisationsbeutel mit der Scannerspitze in den Hochtemperatur-/Hochdruckautoklaven legen. Die Linse muss nach unten zeigen.



8 Sterilisationsparameter

Empfohlene Sterilisationsparameter: 134 °C für mindestens 6 Minuten oder 121 °C für mindestens 15 Minuten.



134 °C	mindestens 6 Minuten
121 °C	mindestens 15 Minuten

Bei technischen Fragen, wenden Sie sich bitte an unseren Support:
Mobil: 02641 9110-0 · Email: scanner@medentis.de